



Scheda ordine

Data:

Dati cliente:

Rf.utente*:

*Siete tenuti a **NON indicare** dati personali e sensibili dell'utente in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n.2016/679.

CONFIGURAZIONE

Stabilizzatore mobile per esercitare la posizione eretta e con la possibilità di autopropulsione

01	Modello	<input type="checkbox"/> JUPITER Standard	<input type="checkbox"/> JUPITER Big						
	02 Configurazione base	ruote 24" <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ruote 32"						
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 3 ruote piroettanti frenabili ✓ supporto toracico con imbottitura ✓ supporti ginocchia regolabili ✓ pedane indipendenti ✓ tavolino 									
03	Accessori	<input type="checkbox"/> JUP-KIT-01	Coppia corrimano alluminio nero 24"						
		<input type="checkbox"/> JUP-KIT-04	Coppia corrimano alluminio nero 32"						
		<input type="checkbox"/> JUP-KIT-02	Coppia blocchetti regolazione ruote di manovra						
		<input type="checkbox"/> JUP-KIT-03	Mutanda						
04	NOTE	Per offrire miglior configurazione vi chiediamo di indicare peso, altezza e età dell'utente . E'utile indicare anche: l'eventuale diagnosi, caratteristiche della postura, o altre informazioni di rilievo.							
	① Peso utente kg	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">(a cura del TO/medico valutatore)</p>							
	② Altezza utente cm								
	③ Età utente anni								

firma

DATI TECNICI		STANDARD		BIG	
Altezza minima utente	cm	75		100	
Altezza massima utente	cm	110		140	
Peso dispositivo	kg	14		18	
Pressione ruote di manovra	bar	6-8		N/A	
Portata massima dispositivo	kg			40	
Campanatura ruote di manovra	°			4	
Diametro ruote di manovra	"	24"		32"	
Ingombro laterale massimo	mm	770		920	
Ingombro frontale massimo	mm	580		690	
Ingombro altezza massima	mm	max 920	max 760	max 1100	min 960
Altezza pedana - appoggio toracico	mm	max 880	min 650	max 1050	min 880
Altezza appoggio toracico - appoggi ginocchia	mm	max 630	min 310	max 750	min 400
Altezza appoggio ginocchio - pedana	mm	max 540	min 210	max 605	min 330
Distanza appoggi ginocchia	mm	max 230	min 130	max 260	min 130
Distanza pedane individuali	mm	max 230	min 110	max 310	min 110
Altezza pedane da terra	mm	max 54	min 25	max 70	min 40
Altezza tavolino dalla pedana	mm	max 680	min 440	max 860	min 620

MOD. ORD.JUP. ita. rev.02

Dispositivo medico registrato presso il Ministero della Salute **REG.NO.2427909**

Basic UDI **805050779005AM**

